

# Initial F™ SiTa : Kit stérile à usage unique pour vis d'arthrorise sous-talienne

## Initial F™ SiTa - Composition du kit




### > Indications

Les vis sous-taliennes de la gamme Initial F™ SiTa sont dédiées à la chirurgie du pied hyperpronaté.

Les kits de la gamme Initial F™ SiTa se composent d'ensembles d'instruments utilisables uniquement dans le cadre de la chirurgie orthopédique, lors de l'implantation ou de l'explantation de vis sous-taliennes Newclip Technics.

### > Contre-indications

- Grossesse.
- Infections aiguës ou chroniques locales ou systémiques.
- Allergie à l'un des composants ou sensibilité aux corps étrangers.



NEWCLIP-TECHNICS

**F**  
INITIAL SiTa

# Initial F™ SiTa - Références

## Kit Initial F™ SiTa

KIT INITIAL F™ SITA - COMPOSITION DU KIT D'INSTRUMENTATION				
Réf.	Désignation	Composition	Qté	Couleur
KIT-SCY	Kit pour vis d'arthrose sous-talienne	Dilatateur pour vis d'arthrose sous-talienne	1	-
		Tournevis pour vis d'arthrose sous-talienne	1	-
		Fantôme pour vis d'arthrose sous-talienne H2.1YT8.0L14D	1	●
		Fantôme pour vis d'arthrose sous-talienne H2.1YT9.0L14D	1	●
		Fantôme pour vis d'arthrose sous-talienne H2.1YT10.0L14D	1	●
		Fantôme pour vis d'arthrose sous-talienne H2.1YT11.0L16D	1	●
		Fantôme pour vis d'arthrose sous-talienne H2.1YT12.0L16D	1	●
		Broche Ø2.0 mm L250 mm	2	-

## Implants

Vis d'arthrose sous-talienne disponibles séparément en version stérile (S-box)

IMPLANTS STÉRILES				
Réf.	Désignation			Couleur de vis anodisée
H2.1YT8.0L14D-ST	Vis d'arthrose sous-talienne Ø8.0 mm - canulée Ø2.1 mm - L14 mm - STÉRILE			●
H2.1YT9.0L14D-ST	Vis d'arthrose sous-talienne Ø9.0 mm - canulée Ø2.1 mm - L14 mm - STÉRILE			●
H2.1YT10.0L14D-ST	Vis d'arthrose sous-talienne Ø10.0 mm - canulée Ø2.1 mm - L14 mm - STÉRILE			●
H2.1YT11.0L16D-ST	Vis d'arthrose sous-talienne Ø11.0 mm - canulée Ø2.1 mm - L16 mm - STÉRILE			●
H2.1YT12.0L16D-ST	Vis d'arthrose sous-talienne Ø12.0 mm - canulée Ø2.1 mm - L16 mm - STÉRILE			●

## Kit d'ablation

Instruments stériles disponibles séparément

KIT D'ABLATION				
Réf.	Désignation	Composition		Qté
KIT-REMOVE-7	Kit d'ablation pour vis d'arthrose sous-talienne	- Tournevis pour vis d'arthrose sous-talienne		1
		- Broche Ø2.0 mm L250 mm		1

Ces informations ont pour intérêt de présenter la gamme de dispositifs médicaux de Newclip Technics. Avant toute utilisation des dispositifs Newclip Technics, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage. Ces produits doivent être manipulés et/ou implantés par des personnes formées, qualifiées et ayant pris connaissance de la notice d'utilisation. Le chirurgien reste responsable de son propre jugement professionnel et clinique avant toute utilisation de produits spécifiques sur un patient donné. Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur sur les différents marchés. Veuillez contacter votre représentant Newclip Technics si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Newclip Technics dans votre pays.



### NEWCLIP TECHNICS (HQ)

45 rue des Garotières  
44115 Haute-Goulaine, France  
+33 (0)2 28 21 23 25  
orders@newcliptechnics.com  
www.newcliptechnics.com

### NEWCLIP TECHNICS IBERIA

Calle Frederic Mompou, 4b  
Sant just Desvern  
08960 Barcelona, España  
+34 937 503 421  
contact@newclipiberia.com  
www.newcliptechnics.com

### NEWCLIP TECHNICS USA

Newclip USA  
340 Tesconi Circle, Suite A  
Santa Rosa CA95401, USA  
+1 707 230 5078  
customerservice@newclipusa.com  
www.newcliptechnics.com

### NEWCLIP TECHNICS GERMANY

Newclip GmbH  
Pröllstraße 11, D-86157 Augsburg,  
Deutschland  
+49 (0)821 650 749 40  
info@newclipgmbh.com  
www.newcliptechnics.com

### NEWCLIP TECHNICS JAPAN

Newclip Technics Japan K.K.  
KKK Bldg. 502, 3-18-1 Asakusabashi  
Taito-Ku, Tokyo, 111-0053, Japan  
+81 (0)3 58 25 49 81  
www.newcliptechnics.com

### NEWCLIP TECHNICS AUSTRALIA

Newclip Australia  
3B/11 Donkin Street  
West End 4101, Australia  
+61 (0)2 81 886 110  
solutions@newclipaustralia.com  
www.newcliptechnics.com

### NEWCLIP BELGIUM

Newclip Belgium  
Av. du Bourg Etienne  
Demunter 5  
1090 Jette, Belgium  
Phone +32 (0)9 2311331  
contact@newclipbelgium.com  
www.newcliptechnics.com



Kit Initial F™ SiTa



Implants stériles



Kit d'ablation

## TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Le kit Initial F™ SiTa comprend 5 fantômes de tailles différentes en plastique radio opaque. Ils correspondent aux 5 vis d'arthrose sous-talienne associées. Le fantôme permet de choisir la taille d'implant appropriée à la correction souhaitée.

FANTÔMES		IMPLANTS
	→	 H2.1YT8.0L14D-ST
	→	 H2.1YT9.0L14D-ST
	→	 H2.1YT10.0L14D-ST
	→	 H2.1YT11.0L16D-ST
	→	 H2.1YT12.0L16D-ST

**ATTENTION:** Ne pas utiliser les fantômes pour élargir le sinus tarsi.